




UNIDAD DE

Especificación

Unidad de Esterilización

La Unidad de Esterilización es el área clave dentro del gabinete podológico, diseñada y organizada estratégicamente para garantizar la bioseguridad y prevenir la contaminación cruzada durante los procesos de limpieza, y esterilización del instrumental clínico.







Área clínica crítica del gabinete podológico, destinada a organizar y ejecutar los procesos de esterilización según el flujo de atención y normativa de bioseguridad.

Ubicación y distribución

**ubicada dentro del gabinete
podológico, diseñada
estratégicamente para mantener la
bioseguridad y prevenir la
contaminación cruzada.
Su implementación debe respetar el
orden del flujo de trabajo
podológico.**






Flujo de trabajo y distribución

Áreas Clínicas



**Su implementación requiere la distribución en dos áreas:
Área Sucia para la limpieza del instrumental, y Área Limpia
para la preparación, esterilización y almacenamiento
seguro.**



**Instrumental
esteril**

**Instrumental
limpio**

**Instrumental
Contaminado**

Unidad de Esterilización

